

**Empresa:** Indústria e Comércio de Bebidas Araçá Ltda.  
**Endereço:** Rua Liberdade, 990 – Vila Rosa.  
**Cidade:** Canoas **UF:** RS **CEP:** 92020-240

**DADOS DA AMOSTRA E DA COLETA:**

**TIPO DE AMOSTRA:** Água Mineral Natural ITATI  
**LOCAL DA COLETA:** Bombona envase diário 20L – LOTE 2702A  
**DATA DA COLETA:** 27/02/2020  
**RESPONSÁVEL PELA COLETA:** Gabriel Thiesen Netto  
**HORÁRIO DA COLETA:** 07h35min

**ENSAIOS REALIZADOS:**

ENSAIOS	RESULTADO	UNIDADE	VMP	LD
Coliformes Totais	<1,1	NMP/100mL	<1,1	1,1
Coliformes Fecais	<1,1	NMP/100mL	<1,1	1,1
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<1,1	NMP/100mL	<1,1	1,1
<i>Enterococcus</i>	<1,0	UFC/100mL	<1,0	1,0
<i>Clostridium perfringens</i>	<1,0	UFC/100mL	<1,0	1,0

**Metodologias:**

- ▶ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition. Washington: APHA, 2012
- ▶ ISO 6461-2:1986

**Legenda:**

- ▶ UFC - Unidade Formadora de Colônia
- ▶ NMP - Número mais Provável
- ▶ LD - Limite de Detecção
- ▶ VMP - Valor Máximo Permitido

**INTERPRETAÇÃO:**

Considerando a Resolução RDC nº 275, de 22 de Setembro de 2005, que aprova o Regulamento Técnico de Características Microbiológicas para Água Mineral Natural e Água Natural, os parâmetros analisados na amostra individual atendem aos respectivos Limites Máximos Aceitáveis (M).



Carlos Roberto Nakatsukasa  
**Responsável Técnico – CRQ-V 05301074**



Gabriel Thiesen Netto  
**Controle de Qualidade**

Canoas, 27 de fevereiro de 2020.